

令和 8 年度原子力防災機材（サーベイメータ）保守点検業務委託に係る
入札説明書

〒890－8577

鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号

鹿児島県保健福祉部

保健医療福祉課

電話番号 099-286-2666（直通）

FAX 番号 099-286-5928

1 一般競争入札に付する事項

- (1) 役務の名称
令和 8 年度原子力防災機材（サーバイメータ）保守点検業務委託
- (2) 役務の特質等
別紙仕様書による。
- (3) 履行期限
令和 9 年 2 月 26 日（金）
- (4) 履行場所
別紙仕様書による。

2 入札に参加する者に必要な資格及び審査

- (1) 鹿児島県知事の入札参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者（入札参加資格の効力を停止されている者を除く。）であること。
- (2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
- (3) 次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。

なお、資格要件確認のため、鹿児島県警察本部に照会する場合がある。

- ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団（以下この号において「暴力団」という。）であると認められるとき。
- イ 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、営業所等（営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。）を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者（以下この号において「法人役員等」という。）、法人格を有しない団体にあっては代表者、理事その他法人役員等と同等の責任を有する者又は個人にあってはその者、営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者をいう。以下この号において同じ。）が、鹿児島県暴力団排除条例（平成 26 年鹿児島県条例第 22 号）第 2 条第 3 号に規定する暴力団員等（以下この号において「暴力団員等」という。）であると認められるとき。
- ウ 暴力団又は暴力団員等が、その経営に実質的に関与していると認められるとき。
- エ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
- オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
- カ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
- キ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用していると認められるとき。
- ク 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからキまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
- ケ 乙が、アからキまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（クに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

- (4) 入札に参加しようとする者は、所定の一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年8月19日（水）午後5時までに(5)の提出場所に提出すること。
- (5) 提出場所
鹿児島県保健福祉部保健医療福祉課
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
- (6) 資格審査の結果の通知
資格審査の結果は、令和8年8月24日（月）までに書面または電話により通知する。
- (7) 提出書類に関する説明
提出された書類について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
- (8) その他
 - ア 提出書類の作成に要する経費は、提出者の負担とする。
 - イ 提出された書類は、返却しない。

3 入札の方法等

- (1) 入札書の記載
 - ア 入札金額は、当該業務期間の代金を記入すること。
 - イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (2) 入札及び開札の日時及び場所
 - ア 日時 令和8年8月31日（月）午後4時
 - イ 場所 鹿児島県庁行政庁舎2階会議室2 - 保 - 1

4 入札説明会

実施しない。

5 契約条項を示す場所

- (1) 交付場所
鹿児島県保健福祉部保健医療福祉課
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
- (2) 交付期限 令和8年8月19日（水）午後5時

6 入札保証金

見積もる契約金額の100分の5以上の金額（現金に代え、政府の保証のある債券、契約担当者が確実と認める金融機関が振出し、若しくは支払保証した小切手、契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証し若しくは裏書した手形又は郵便為替証書でも可）を令和8年8月19日（水）午後5時までに納付すること。ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。

なお、入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者には、契約締結後還付する。

- (1) 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者と

する入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。

- (2) 入札に参加しようとする者が、過去 2 箇年間の間に国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき（その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるときに限る。「履行証明願見本」参照）

7 契約保証金

免除する。

8 入札の無効

次の(1)から(9)までいずれかに該当する入札は、無効とする。

- (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
- (2) 2 以上の入札書（代理人として提出する入札書を含む。）による入札
- (3) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札
- (4) 入札要件（入札金額及び氏名）の判明できない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札
- (5) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札
- (6) 民法（明治 29 年法律第 89 条）第 95 条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札
- (7) 送付、電報又は電送による入札
- (8) 入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札
- (9) その他の入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札

9 落札者の決定方法

有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。

10 最低制限価格

設定しない。

11 契約書案の提出

落札者は、落札決定通知を受けた日から 5 日以内に、記名押印した契約書の案を提出しなければならない。

12 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

名 称	鹿児島県保健福祉部保健医療福祉課
郵便番号	890-8577
所在地	鹿児島県鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号
電話番号	099-286-2666
F A X 番号	099-286-5928

13 その他

(1) 鹿児島県情報公開条例に基づく開示請求

鹿児島県情報公開条例に基づく開示請求があった場合には、契約の相手方も公開することになるので、理解の上、入札へ参加すること。

(2) 入札に関する問い合わせ等

今回の入札について質疑事項がある場合は、12 の場所に、令和8年8月19日（水）午後5時までに、別紙「質疑書」を参考に、文書により連絡すること（ファックス可）。

なお、質疑事項については取りまとめの上、一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に対し、電子メールまたはファックスにて回答する。

令和8年度原子力防災機材（サーベイメータ）保守点検業務委託契約仕様書

1 目的

この業務は、原子力防災機材として整備されている放射線測定器（サーベイメータ）について、正常に作動するかどうかの確認をするため、校正を実施することを目的とする。

2 点検・校正を実施する機種及び数量

製 品 名	機 種 名	数 量	保 管 箇 所
GM計数管式 サーベイメータ	富士電機(株)製 NHJ-120	15	加世田保健所 (南さつま市加世田村原2-1-1)
		5	指宿保健所 (指宿市十二町301)
		15	出水保健所 (出水市昭和町18-18)
		2	西之表保健所 (西之表市西之表7590)
		2	屋久島保健所 (熊毛郡屋久島町安房650)
		2	名瀬保健所 (奄美市名瀬永田町17-3)
		2	徳之島保健所 (大島郡徳之島町亀津4943-2)
		7	鹿児島市立病院 (鹿児島市上荒田町37-1)
		10	鹿児島市医師会病院 (鹿児島市鴨池新町7-1)
		10	鹿児島徳洲会病院 (鹿児島市下荒田3-8-1)
		10	県立北薩病院 (伊佐市大口宮人502-4)
		10	出水総合医療センター (出水市明神町520)
		10	曾於医師会立病院 (曾於市大隅町月野894)

製 品 名	機 種 名	数量	保 管 箇 所
G M計数管式 サーベイメータ	富士電機(株)製 N H J - 1 2 0	5	川内市医師会立市民病院 (薩摩川内市永利町4107-7)
		2	米盛病院 (鹿児島市与次郎1-7-1)
		2	県立大島病院 (奄美市名瀬真名津町18-1)
		5	鹿児島医療センター (鹿児島市城山町8-1)
		5	南九州病院 (始良市加治木町木田1882)
	2	指宿医療センター (指宿市十二町4145)	
	日立アロカメディカル(株)製 T G S - 1 4 6 B	3	鹿児島市立病院 (鹿児島市上荒田町37-1)
		1 0	鹿児島大学病院 (鹿児島市桜ヶ丘8-35-1)
合 計		1 3 4	—

製 品 名	機 種 名	数 量	保 管 箇 所
シンチレーション サーベイメータ	富士電機(株)製 NHC-7	15	加世田保健所 (南さつま市加世田村原2-1-1)
		5	指宿保健所 (指宿市十二町301)
		15	出水保健所 (出水市昭和町18-18)
		2	西之表保健所 (西之表市西之表7590)
		2	屋久島保健所 (熊毛郡屋久島町安房650)
		2	名瀬保健所 (奄美市名瀬永田町17-3)

シンチレーション サーベイメータ	富士電機(株)製 N H C - 7	2	徳之島保健所 (大島郡徳之島町亀津4943-2)
		7	鹿児島市立病院 (鹿児島市上荒田町37-1)
		2	鹿児島市医師会病院 (鹿児島市鴨池新町7-1)
		2	鹿児島徳洲会病院 (鹿児島市下荒田3-8-1)
		2	県立北薩病院 (伊佐市大口宮人502-4)
		2	出水総合医療センター (出水市明神町520)
		2	曾於医師会立病院 (曾於市大隅町月野894)
		1	川内市医師会立市民病院 薩摩川内市永利庁4107-7
		1	米盛病院 (鹿児島市与次郎1-7-1)
		1	県立大島病院 (奄美市名瀬真名津町18-1)
		1	鹿児島医療センター (鹿児島市城山町8-1)
		1	南九州病院 (始良市加治木町木田1882)
		1	指宿医療センター 指宿市十二町4145
シンチレーション サーベイメータ	日立アロカメディカル(株)製 T C S - 1 7 2 B	3	鹿児島市立病院 (鹿児島市上荒田町37-1)
		1 0	鹿児島大学病院 (鹿児島市桜ヶ丘8-35-1)
合 計		7 9	

製 品 名	機 種 名	数 量	保 管 場 所
電離箱式 サーベイメータ	(株)日立製作所製 T C S - 1 3 2 3	2	鹿児島大学病院 (鹿児島市桜ヶ丘8-35-1)
合 計		2	—

3 実施する内容

- (1) 点検：外観点検、機能点検
- (2) 線源校正（国家標準にトレースされた参照標準による校正）

4 校正証明書の作成

校正結果については、校正証明書を作成し、鹿児島県保健医療福祉課に提出し、説明を行うこと。

5 その他

- (1) この業務は、令和9年2月26日（金）までに完了すること。
- (2) 輸送中のトラブルを避けるため、放射線測定器の受け渡しは契約業者が直接保管箇所から受領し、試験終了後は厳重に梱包のうえ、納入すること。
なお、輸送中のトラブルについては契約業者が責任を負うこと。
- (3) 校正結果等により発見された放射線測定器の故障（修理を必要とするもの）の修理については、この契約の対象としない。
- (4) 点検の結果、基準値から20%程度誤差がある機器については、校正対象から除外し、一覧表を作成すること。